CTL 决议

<table>
<tr><th>标准 (包含：年)</th><th>条款</th><th>编号</th><th>年代</th></tr>
<tr><td>OD-5013</td><td rowspan="3">6.3vs7.1</td><td rowspan="3">DSH2195</td><td rowspan="3">2023-08-14</td></tr>
<tr><th>类别</th></tr>
<tr><td>全类别</td></tr>
<tr><th>主题</th><th colspan="2">关键词</th><th>制定</th></tr>
<tr><td>阐述校准整体式泄漏(接触)电流测量装置</td><td colspan="2">校准
整体式泄漏(接触)电流测量装置</td><td>WG01</td></tr>
<tr><td colspan="4">问题</td></tr>
<tr><td colspan="4">OD-5013 第 7.1 条是否适用于整体式泄漏(接触)电流测量装置？</td></tr>
<tr><td colspan="4">决议</td></tr>
<tr><td colspan="4">OD-5013 第 7.1 条只适用于单独的电压表。</td></tr>
<tr><td colspan="4">注释</td></tr>
<tr><td colspan="4">上述决议的原因如下：

WG1回复：第7.1条涉及连接人体阻抗网络的外部电压表。
1. OD-5013区分了“仪器”和“人体阻抗网络”，前者中仪表是设备的组成部分，而后者可连接外部电压表。

2. 第6.1.3条（添加下划线的）——“带有毫安或MIUs读数的整体式泄漏(接触)电流仪根据IEC 60990传输阻抗校准曲线和表格进行验证”。带有整体式电压表的设备作为一个完整的系统进行校准。证实整体式电压表不需要拆卸仪器。
3. 第 7.1 款（添加下划线的）——“在测量接触电流仪测量网络的输出电压时，电压表需要能够测量真值有效值和峰值电压.....”提供了单独外接电压表的规格。
4. 第 8 条和第 9 条:第 8.1.2.6 条和 8.1.2.7 条提及单独的人体阻抗网络和仪表部件。第 9 条涉及人体阻抗网络和仪表组合在同一台设备中。</td></tr>
</table>